



Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
				4			
					bestückt mit:		
G1/ G2				1	Doppelkondensator	2 x 0,03 μ F 1) Betriebsspg. = 2x65 kV- Prüfsg. = 2x90 kV- n. EO.div. 148 Tz.201 u. Dielektra-Zeichnung Nr. 8/12430-2	EO.div. 148c
G3				(5)	Papier-Kondensator	5000/1000 DIN 41161	EO.ltg.49a
G4				1	Kondensator	3000 pF 1) Betriebsspg. = 100 kV- Prüfsg. = 150 kV- nach EO.div. 148 Tz.202	EO.div.148c
G5				(1)	MP-Kondensator	... μ F/750 B 2504 2) n. EO.div. 148 Tz.90	
Gx1				(22)	Stabgleichrichter	E 4200/C 0,5b/EO 0,03 220 V 50 Hz n. EO.div.148 Tz.52 handelsübl. wie BR 5/SA Zeichng.Nr.12-231-Sk v. Magnet-Schulz, Memmingen	EO.div. 155b Tz EO.div. 148 101

19.56.	Tag	Name
Bearb.	10.12.	Kolarik
Gepr.	"	"
Norm-gepr.	11.12.	"

100 kV-Gleichrichter
Sammelkarte

Liste besteht aus...Blatt
Blatt Nr. 3

13799	4.4.52	R
Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag
		Name

EO. div 148 Sk4...
C70144-A148-S4...

SIEMENS & HALSKE
AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK

Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
W1				1	Widerstands-kette	abgestimmt nach	22. EO.div.148 119
W2					EO.div. 148 Bv.1	bestehend aus:	
				72	Schichtwiderstand	B20 M/10/5 B55351	
				1	Schichtwiderstand	B 1 M/10/5 B55351	
				1	Schichtwiderstand	B200K/10/5 B 55351	
W6				4	Schichtwiderstand	B 5 M/10/5 B55351	EO.div.148 Tz 74
W7				1	zementierter Drahtwiderstand	ZWK 150, 100 kOhm + 10 Kl. 3 (Rosenthal)	EO.div.148 Tz.9
W8				1	zementierter Drahtwiderstand	ZWK 60, 30 kOhm + 10 Kl. 3 (Rosenthal)	EO.div.148 Tz.11
				max 3	Schichtwiderstand	B 20 M/10/5 B55351 3)	
						n. EO.div.148 Bv1	
					3) als Ersatz für	Ausfall bei Montage v. W 1...W 2	
					2) Vom Ag-Prüffeld	festgelegt u. montiert:	
					1) Von Fa. Dielektra AG.	zum Einbau in Trafo- öl und unter Trafoöl liegend gelagert.	

				19.56..	Tag	Name	100 KV-Gleichrichter Sammelkarte	Liste besteht aus...Blatt
				Bearb.	10.12	<i>Kolun</i>		
				Gepr.	"	<i>Kolun</i>		
				Norm-gepr.	31.12	<i>Müller</i>		Blatt Nr. 5
	20876	3.10.58	Z6	SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK				EO.div.148.Sk4... C70144-A148-S4...
	14415	26.9.57	Z6					
Ausg.	And.-Mitt.-Nr.	Tag	Name					