

Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
					bestückt mit:		
02			1	Doppelkondensator	2 x 0,03 μ F Betriebsapp. = 2x05 kV- Prüfapp. = 2x30 kV- n. EO.div. 148 Tz. 201 u. Dielektra-Zeichnung Nr. B/12430-2	1)	EO.div. 148c
03			(5)	Papier-Kondensator	5000/1000 DIN 41161		EO.11g.49a
04			1	Kondensator	3000 μ F Betriebsapp. = 100 kV- Prüfapp. = 150 kV- nach EO.div. 148 Tz. 202	1)	EO.div. 148c
			(1)	...-Kondensator	... μF/750 V 2504 n. EO.div. 148 Tz. 202	2)	
05			(22)	Stabgleichrichter	2 4200/0 0,5h/20 0,03 220 V 50 Hz n. EO.div. 148 Tz. 52 Handelsbl. wie EM 5/5A Zeichng. Nr. 12-231-Sk v. Magnet-Schulz, Remmingen		EO.div. 155b
06			(1)	Wechselstrommagnet	220 V 50 Hz n. EO.div. 148 Tz. 52 Handelsbl. wie EM 5/5A Zeichng. Nr. 12-231-Sk v. Magnet-Schulz, Remmingen		EO.div. 148 10f

				19.56	Tag	Name	100 kV-Gleichrichter Zammelfarte	Liste besteht aus...Blatt
				Bearb.	10.12.	Kolarik		Blatt Nr. 3
				Gepr.	"	"		
				Norm-gepr.	21.12.	Mittel		
	30486	19.11.62	Ko.	SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK				EO. div 148 SK4...
	13799	4.4.57	Ko	C70144 - A 148 - 54...				
Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name					



Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:			Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
1				Widerstandskette	abgestimmt nach	E0.div.148 Tz. 119
				E0.div. 148 Bv. 1	bestehend aus:	
			72	Schichtwiderstand	B20 M/10/5 B55351	
			1	Schichtwiderstand	B 1 M/10/5 B55351	
			1	Schichtwiderstand	B200K/10/5 B55351	
W6			4	Schichtwiderstand	B 5 M/10/5 B55351	E0.div.148 Tz.74
W7			1	benutzter Schichtwiderstand	WV 190, 100 kOhm ± 10% Zl. 3 (Rosenthal)	E0.div.148 Tz.95
W8			1	benutzter Schichtwiderstand	WV 60, 50 kOhm ± 10% Zl. 3 (Rosenthal)	E0.div.148 Tz.74
			max 3	Schichtwiderstand	B 20 M/10/5 B55351 3) n. E0.div.148 Bv1	
3) als Ersatz für Ausfall bei Montage v. W 1...W 2						
1) Vor Pl. Dielektra 10. zum Einbau in Trafo-Bl und unter Trafoöl liegend gelagert.						

19.56	Tag	Name	100 17-Weichrichter analyse	Liste besteht aus... Blatt
Bedr.	10.12	<i>Kolun</i>		Blatt Nr. 5
Gepr.	"	<i>Müller</i>		
Norm-gepr.	21.12.	<i>Müller</i>		
30486	19.11.62	Ko.	SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK	E0.div.148.Sk4... C70144 - A148 - S4...
20876	3.10.58	Zk.		
14415	28.9.57	Zk.		
Ausg.	And.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	